

## CHIARIMENTI

rev. 2 del 10.07.2018

1) Con riferimento al punto 3.B.2) del Disciplinare di Gara e alla richiesta di presentazione campionatura obbligatoria, si segnala che: **è sufficiente l'invio nell'offerta tecnica di una descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del prodotto e dell'imballo.**

**Si conferma che la mancata presentazione di campionatura non comporta l'esclusione dalla procedura di gara.**

2) Con riferimento al LOTTO 11 "Linea di estensione per bassa pressione spiralata con valvola antireflusso". Quale dev'essere la lunghezza della prolunga spiralata richiesta?; Quante valvole antireflusso deve avere tale prolunga spiralata? 1 o 2?; Dev'essere monovia (per 1 siringa) o doppia via (per doppia siringa)?

**Segnaliamo che attualmente il sistema utilizzato ha una valvola antireflusso , lunghezza 152 cm diametro 1,5X3mm ed è monovia.**

**Soluzioni diverse non sono escluse, ma la campionatura offerta andrà sottoposta ad una valutazione di equivalenza all'uso da parte della stazione appaltante. L'ammissione della ditta sarà pertanto condizionata a tale verifica di idoneità alle nostre specifiche di utilizzo.**

3)In riferimento al punto 3.C.1 del Disciplinare di gara: è possibile che l'arrotondamento alla seconda cifra decimale sia applicabile solo per i dispositivi di somministrazione, mentre per i mezzi di contrasto, dovendo esprimere il prezzo per ml, possa essere espresso con almeno 3 decimali?

**Come previsto al punto 3.C.1), l' Offerta economica va espressa con presentazione prezzi unitari – nella quale verranno indicati i prezzi unitari finiti franco destino per ml/prodotto per gli articoli mezzi di contrasto; e a unità per i dispositivi di somministrazione, in entrambi i casi, arrotondati alla seconda cifra decimale (al netto dell'IVA e degli sconti rispetto al listino base dei fornitori), per ciascuno dei lotti offerti.**

**Siamo spiacenti di non poter accettare le 3 cifre decimali.**