

RDO laboratorio radiobiologia_CHIARIMENTI					
ID	DATA	QUESITO	RISPOSTA	REV	DATA PUBBLICAZIONE
1	12/11/2021	in relazione alla richiesta di offerta in oggetto, si chiede di specificare se la stessa è da ritenersi come Lotto Unico o se è possibile offrire anche parzialmente quanto richiesto.	in relazione alla richiesta di chiarimento formulata per la richiesta di offerta in oggetto, così come indicato al punto 10) della RDO si conferma la possibilità di offrire anche parzialmente quanto richiesto. Cnao si riserva la possibilità, considerata la particolare tipologia e natura della fornitura, di acquistare parte di esse dai diversi operatori economici.	1	18/11/2021
2	15/11/2021	avremmo la necessità di sapere se l'offerta di cui sopra è a Lotto Unico, oppure se esiste la possibilità di poter offrire anche parte dell'elenco inserito.	si rinvia alla risposta formulata al quesito precedente.	1	18/11/2021
3	15/11/2021	con la presente siamo a richiedere specifiche tecniche sulla seguente posizione: rif. 1) CENTRIFUGA DA LABORATORIO REFRIGERATA - Abbiamo la necessità di sapere che tipo di riduttori Vi servono (indicare tipo di provetta e capacità) ed a quanti posti.	Si rinvia alla documento <b>Specificifica Tecnica DEF_Rev 1</b>	1	18/11/2021
4	15/11/2021	in riferimento all'affidamento citato in oggetto, con la presente, Vi richiediamo alcuni chiarimenti: Rif. 1) la centrifuga refrigerata deve centrifugare provette da 50 ml fondo conico e da 15 ml fondo conico? Dovete centrifugare anche altri tipi di provette? Rif. 11) la lavavetriere deve essere da incasso? L'ultimo ciclo di lavaggio ritenete di farlo con acqua demineralizzata? Rif. 14) il modello di depuratore d'acqua da voi indicato nella scheda tecnica non è in grado di produrre 100 lt. d'acqua al giorno e di tipo 1, chiediamo di precisare il consumo medio di acqua giornaliero stimato - le tipologie di applicazioni - se è previsto un uso di acqua per la lavavetriere - se si quanti cicli giornalieri Rif. 15) sono da intendersi dei semplici tavoli da lavoro o sono banchi a corredo della strumentazione, come il Millipore e la lavavetriere? Rif. 16) l'armadio di sicurezza da noi fornito è largo 120 cm e non 150 cm viene accettato comunque? Chiediamo se i tempi di consegna possono essere anche di 60 gg. lavorativi, visto il periodo particolare nel reperire le materie prime.  In riferimento alla complessità dei prodotti per una verifica degli impianti elettrici ed idraulici, chiediamo la possibilità di effettuare il sopralluogo.	Con riferimento alla richiesta di chiarimento formulata si precisa quanto segue:  Rif. 1) Si rinvia alla documento <b>Specificifica Tecnica DEF_Rev 1</b> ; Rif. 11) Si conferma che non deve essere ad incasso e che il ciclo deve essere fatto con acqua demineralizzata con depuratore d'acqua, come indicato nella RDO. Rif. 14) Si stima Il consumo medio di acqua in circa 1 lt al giorno oltre a quello necessario per la lavavetriere per cui si prevede un ciclo a settimana."  Rif. 15) Si conferma che sono semplici tavoli da lavoro.  Rif. 16) Si conferma che le misure indicate in RDO sono quelle minime richieste.  Per i tempi di consegna Si rinvia alla documento <b>Specificifica Tecnica DEF_Rev 1</b>	1	18/11/2021
5		<b>COMUNICAZIONE: sopralluogo</b>	<b>Si comunica che è possibile effettuare un sopralluogo nei giorni indicati dal 22 al 25 novembre 2021, previa fissazione di appuntamento. Le richieste di sopralluogo dovranno essere formualte ENTRO E NON OLTRE IL 19/11/2021 ALLE ORE 16 e dovranno essere indirizzate alla Dott.ssa Angelaica Facoetti, al seguente indirizzo mail:angelica.facoetti@cnao.it.</b>	1	18/11/2021
6		<b>PROROGA</b>	<b>Il termine di presentazione delle offerte è prorogato al 03/12/2021 alle ore 16:00. Si intende altresì prorogato il termine per la formulazione delle richieste di chiarimento, che potranno essere proposte sino al 26/11/2021.</b>	1	18/11/2021